

מכרז מס' 08ME/20  
שאלות ותשובות

#	עמ'	סעיף	שאלה	תשובת המכללה
0	4	3	בעקבות הסגר שכנראה יתחיל בתחילת שבוע הבא ויימשך למס' שבועות. לא נוכל לעמוד בזמני ההגשה. ולספק את כל הנדרש במכרז זה. לכן נודה על דחיית מועד ההגשה.	הבקשה לא מאושרת. אין שינוי במועד הגשת המענה למכרז.
1	6	7.2 מ.1	על פי הסעיף - מ.1 מקבל משקל של 80 נק' מתוך 100 ואילו מ.2 מקבל משקל של 25 נק' מתוך 100. נראה כי נפלה טעות סופר במשקל מ.2, שכן 80+25 שווה ל- 105 ולא ל- 100. נא הבהרתכם.	טעות סופר. מ.1 – 75 נק' ולא 80 נק'
2	8	8.1	מבוקש לשנות ל- "עדכוני תוכנה המוגדרים כ – safety"	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
3	9	10	א. מבוקש מהמכללה לקבוע את גובה ערבות ההצעה למכרז בסכום בשי"ח ולא באחוזים. ב. האם קיים נוסח ערבות להצעה?	א. ניתן להגיש ערבות הצעה על סך 100,000 ₪ או בהתאם לנוסח סעיף 10 במכרז לפי בחירת המציע. ב. נוסח ערבות הצעה מצ"ב באתר.
4	13	3.1	מבוקש לשנות ל- "עדכוני תוכנה המוגדרים כ – safety"	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
5	13	3.2	מבוקש להבהיר האם הבקשה כוללת כבלים ואביזרים	כן, למעט מתכלים.
6	14	3.5	מבוקש לשנות ל- "עדכוני תוכנה המוגדרים כ – safety"	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
7	14	3.7	"... הספק יחזיר את המוצר המתוקן עד 7 ימי עבודה מיום לקיחתו " יש לשנות ל"הספק יחזיר את המוצר המתוקן בתום התיקון".	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
8	14	4.2	מבוקש להבהיר כי לא יכלול שישי+שבת	לא כולל שישי ושבת.
9	14	5.3	מבוקש להבהיר האם ניתן להעביר בכל סיום הדרכה אישור מעבר הדרכה לרשימת משתתפים במקום תעודה פרטנית.	כן.
10	21	1.6	נא הבהרתכם לגבי מספר הארכות האפשריות מצד המכללה.	עד תקופה מצטברת של 5 שנים מיום הודעת הזכייה.
11	21	1.9	בשורה רביעית – נבקש להוסיף "על פי דין" אחרי המילה "אחראי".	הבקשה מקובלת ומאושרת
12	22	1.11	לא ברורה מה הכוונה ב"מטמיע". יש לשנות למשווק או מפיץ.	המילה מטמיע תוחלף במילה משווק
13	22	1.12	נבקש שהפיצוי יחול לגבי הוצאות סבירות וכן שהשיפוי יהיה כפוף לתנאים להלן – א. המכללה הודיעה לספק על הנזק/האירוע/התביעה מייד לאחר שנודע לה עליהם; ב. המכללה אפשרה לספק להתגונן ומסרה לו את המידע שברשותה ואשר דרוש לו לצורך הגנתו. ג. המכללה לא התפשרה עם הניזוק/התובע בהסדר לפני שקיבלה הסכמת הספק מראש ובכתב.	הבקשות אינן מקובלות. אין שינוי בנוסח המכרז.
14	25	9	בסעיפים 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 - נבקש להוסיף את המילים "על פי הדין" אחרי "אחראי". כמו כן נבקש להוסיף את ההסתייגות שמופיעה בסעיף 1.9, 1.12 ו- 16.3 להסכם ולפיה הספק אינו אחראי בנסיבות המופיעות שם. בסעיף 9.6 להוסיף אחרי "פסק דין" את המילים "שלא עוכב ביצועו" כפי שנעשה בסעיף 9.3. נבקש להוסיף את האמור מעלה לגבי תנאים לשיפוי המכללה.	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
15	25	9	מבוקש בסעיף זה להחריג את אחריות הספק במקרים בהם הנזק/החבלה/התאונה נגרמו כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בספק כגון שריפות, רעידות אדמה, הצפות, הפסקות חשמל וכח עליון ו/או כתוצאה ממעשה מכוון של המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממחדל ו/או רשלנות של המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה מפעולה של המכללה ו/או מי מטעמה שלא על פי הנחיות הספק ו/או הוראות היצרן. במקרים כאלה האחריות תחול על המכללה ועל חשבונה.	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
16	25	9	מבוקש להבהיר בסעיף 9 ולהכפיף את אחריות הספק על פי הדין ובאופן בו הספק מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב לאחר פסק דין שלא עוכב ביצועו, את המכללה ו/או מי מטעמה במלוא הסכום אשר יפסק לחובתם בפסק דין שלא עוכב ביצועו בקשר לנזקים לרכוש ו/או גוף אשר הספק אחראי להם כאמור בסעיף 9 על פי דין, ובלבד שהמכללה הודיעה לספק אודות כל תביעה או דרישה כאמור, שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור והמכללה שיתפה עמו פעולה בהתגוננות.	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.

מכרז מס' 08ME/20  
שאלות ותשובות

#	עמ'	סעיף	שאלה	תשובת המכללה
17	26	11	א. נבקש להסיר את המילים: "ו/או על פי חוזה זה" ב. נבקש להסיר את המילים: "ובעלת מוניטין".	הבקשות אינן מקובלות. אין שינוי בנוסח המכרז.
18	26	11.1	נבקש להסיר את הסעיף וזאת לאור סעיף הפטור הקיים בסעיף 11.7.	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
19	26	11.3	נבקש להסיר את המילים: "וביטוח אחריות מקצועית"	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
20	26	11.4	נבקש להסיר את הסעיף הספק לא מעסיק עובדים.	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז. אין להסיר את הסעיף, היות ומדובר בתבנית אישור אחידה, בהתאם להנחיות הממונה על הביטוח ברשות שוק ההון. במידה והספק לא מעסיק עובדים, עליו לצרף הצהרה בכתב שהוא לא מעסיק, וגם לא יעסיק עובדים, במשך כל תקופת ההתקשרות (לרבות שירות שוטף) עם המכללה.
21	26	11.5	א. נבקש שבמקום המילה: "יצומצמו" ירשמו המילים: "ולא ישונו לרעה". ב. נבקש שהמילה: "לפחות" תוסר. ג. נבקש שבמקום "60" ירשם "30".	א. הבקשה מקובלת ומאושרת ב. הבקשה מקובלת ומאושרת ג. הבקשה מקובלת ומאושרת
22	26	11.6	א. נבקש להסיר את המילים: "תוך 14" נבקש שלאחר המילים: "כנספח ב" יתווספו המילים: "וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר הפיקוח 2019-1-6". ב. נבקש להוסיף את המילים: "ו/או בהתאם לאישור הביטוח המצ"ב להסכם זה והמסומן כנספח ב'1" או בנוסח אחר המקובל על חברת הביטוח אשר לא יגרע מהוראות האישור המצורף להסכם". ג. נבקש להסיר את המילים: "המשולב בביטוח אחריות מקצועית". ד. נבקש שבמקום המילים: "למשך 7 שנים" ירשם: "למשך שנתיים".	א. הבקשה מקובלת ומאושרת ב. הבקשה מקובלת ומאושרת ג. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז. ד. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
23	26	11.7	א. נבקש שלאחר המילים: "הבאים מטעמה" ירשמו המילים: "למעט כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו אשר לא התחייבו לפטור ההדדי כלפי הספק". ב. נבקש שבמקום המילים: "מכל אחריות לנוק" ירשמו המילים: "בגין נזק הניתן לכיסוי במסגרת פוליסה הרכוש הנערכת על ידי הספק". ג. נבקש להסיר את המילים: "או מי מטעמו".	א. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז. ב. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז. ג. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
24	26	11.8	נבקש להסיר את המילה: "כל".	הבקשה מקובלת ומאושרת
25	26	11.9	א. נבקש להסיר את הסעיף לחלוטין. כל ביטוח רכוש נוסף שנדרש נבקש שיתווסף למכרז. ב. לעניין ביטוחי חבויות מדובר בדרישה לא סבירה.	א. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז. ב. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
26	27	13	קיזוז, נבקש שלא יחול במקרה של שיפוי/פיצוי המגיע אלא רק לאחר התקיימות התנאים לשיפוי כאמור. כמו כן נבקש שתיתן לספק הודעה בכתב 7 ימים לפני ביצוע הקיזוז.	הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.
27	27	14	מבוקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות; מידע שחובה לגלות על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	הבקשה מקובלת ומאושרת
28	30	ב1	מבוקש להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילים "על פי דין" את המילים "בשל תביעה או דרישה שתוגש במהלך תקופת הביטוח".	הבקשה מקובלת ומאושרת
29	30	ג	א. בשורה הראשונה מבוקש למחוק את המילה "היצרן" ולרשום "המציע". ב. מבוקש להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילים "על פי הדין הישראלי" את המילים "בשל תביעה או דרישה שתוגש במהלך תקופת הביטוח"	א. הבקשה מקובלת ומאושרת ב. הבקשה מקובלת ומאושרת
30	30	ג3	מבוקש למחוק את המילה "היצרן" ולרשום "המציע".	הבקשה מקובלת ומאושרת

מכרז מס' 08ME/20  
שאלות ותשובות

תשובת המכללה	שאלה	סעיף	עמ'	#
הבקשה מקובלת ומאושרת	מבוקש להוסיף אחרי המילים "כלפי כל" את המילה "עובדיו". <u>חבות המוצר:</u>	ה1	30	31
א. הבקשה מקובלת ומאושרת ב. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.	א. מבוקש למחוק את הקוד "303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסויי אחריות מקצועית. ב. מבוקש למחוק את הקוד "327 – עיכוב/שיהוי מקרה ביטוח".		32	32
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.	במסמכי המכרז ישנו אישור קיום ביטוחים (עמוד 32) האם אפשר לשלוח אותו בקובץ WORD בשביל שנוכל לשלוח למבטח לחתימה?		32	33
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז. (על נספח דרישות הביטוח לעבור במלואו לחברת הביטוח, על מנת שחברת הביטוח תפיק אישור קיום ביטוחים בנוסח האחיד, שהתאם לדרישות הביטוח המלאות)	בהתאם להוראות חוזר הפיקוח 2019-1-6 לא יחתם אף מסמך מעבר למסמך האחיד שהופק על ידי הפיקוח. בנוסף המבטחת לא תקבל ולא תאשר אף מסמך שיצורף להסכם.		32	34
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.	ביטוח רכוש - נבקש להסיר את הסעיף.	א'	32	35
הבקשה מתקבלת, בתנאי שביטוח חבות המוצר יכלול גם הרחבה לכיסוי אחריות מקצועית	ביטוח אחריות מקצועית - נבקש להסיר את הסעיף.	ב'	32	36
א. מאושר להחליף (לא להסיר) את המילה "היצרן", עם המילה "המשווק". ב. הבקשה מקובלת ומאושרת ג. הבקשה מקובלת ומאושרת ד. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ה. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ו. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז	א. נבקש להסיר את המילה: "היצרן" במילה: "המשווק". ב. נבקש להחליף את המילים: "העלולים להגרס" במילה: "שייגרס". ג. נבקש להסיר את המילה: "היצרן" במקום ירשם: "המשווק". ד. נבקש להסיר את סעיף 2. ה. נבקש להסיר את קוד 304 ובמקום המילה: "היצרן" ירשם המשווק". ו. נבקש שגבול האחריות יופחת ל-1,000,000 ₪.	ג'	32	37
א. הבקשה מקובלת ומאושרת ב. הבקשה מקובלת ומאושרת ג. הבקשה מקובלת ומאושרת ד. הבקשה מקובלת ומאושרת ה. הבקשה מקובלת ומאושרת ו. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ז. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ח. הבקשה מקובלת ומאושרת ט. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז	<u>אחריות כלפי צד ג'</u> א. נבקש להחליף את המילים: "העלולים להגרס" במילה: "שייגרס". ב. נבקש להסיר את קוד 322. ג. לאחר המילים: "זיהום תאונתי פתאומי" יתווספו המילים: "ובלתי צפוי". ד. נבקש שלאחר המילים: "במישרין בעת קרות מקרה הביטוח" יתווספו המילים: "למעט הפריט עליו פועלים במישרין". ה. לאחר המילים: "לשפות את מבקש האישור" יתווספו המילים: "בגין אחריות שתוטל עקב מעשה ו/או מחדל של הספק". ו. נבקש להסיר את קוד 304. ז. נבקש נבקש להסיר את הסעיף בדבר וויתור על שיבוב קוד 309. ח. נבקש להוסיף בסעיף 6 לאחר המילים "ייחשב כצד ג' את המילים: "למעט הפריט עליו פועלים במישרין". ט. נבקש להפחית את גבול האחריות ל-2,000,000 ₪.		32	38
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז. אין להסיר את הסעיף, היות ומדובר בתבנית אישור אחידה, בהתאם להנחיות הממונה על הביטוח ברשות שוק ההון. במידה והספק לא מעסיק עובדים, עליו לצרף הצהרה בכתב שהוא לא מעסיק, וגם לא יעסיק עובדים, במשך כל תקופת ההתקשרות (לרבות שירות שוטף) עם המכללה.	נבקש להסיר את הסעיף. הספק לא מעסיק עובדים.	ה'	33	39

מכרז מס' 08ME/20  
שאלות ותשובות

תשובת המכללה	שאלה	סעיף	עמ'	#
א. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ב. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ג. הבקשה מקובלת ומאושרת	א. נבקש להסיר את סעיף 1. ב. נבקש להסיר את סעיף 2 המבטחת לא תאשר אף מסמך שאיננו אישור אחיד. ג. סעיף 3 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ו/או בנוסח אחר המקובל על המבטחת".	ו'	33	40
הבקשה נדחית (על נספח דרישות הביטוח לעבור במלואו לחברת הביטוח, על מנת שחברת הביטוח תפיק אישור קיום ביטוחים בנוסח האחיד, שהתאם לדרישות הביטוח המלאות)	<u>לתשומת לב</u> א. נבקש להסיר את הסעיף. המבטחת לא מאשרת ולא תתייחס למסמך שצורף בשום צורה. המלל המדובר המופנה למבטחת חורג מהנחיות המפקח על הביטוח וחוזר 6-2019-1. ב. נבקש להסיר את השורה האחרונה. המבטחת לא מאשרת אף מסמך שנשלח אליה שאיננו אישור אחיד ולכן המשפט ו/או הניסיון בתוספת האמורה חורג מהנחיות חוזר הפיקוח.	סוף	33	41
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז	<u>רכוש</u> : נבקש להסיר את הסעיף.		34	42
א. הבקשה מקובלת ומאושרת ב. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ג. הבקשה מקובלת ומאושרת ד. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ה. הבקשה מקובלת ומאושרת	<u>צד ג'</u> א. נבקש להסיר את קוד 304. ב. נבקש להסיר את קוד 309. ג. נבקש להסיר את קוד 322. ד. נבקש להסיר את קוד 329. ה. נבקש להפחית את גבול האחריות ל-2,000,000 ₪.		34	43
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז אין להסיר את הסעיף, היות ומדובר בתבנית אישור אחידה, בהתאם להנחיות הממונה על הביטוח ברשות שוק ההון. במידה והספק לא מעסיק עובדים, עליו לצרף הצהרה בכתב שהוא לא מעסיק, וגם לא יעסיק עובדים, במשך כל תקופת ההתקשרות (לרבות שירות שוטף) עם המכללה.	<u>אחריות מעבידים</u> נבקש להסיר את הסעיף הספק לא מחזיק עובדים.		34	44
הבקשה מתקבלת, <b>בתנאי</b> שביטוח חבות המוצר יכלול גם הרחבה לכיסוי אחריות מקצועית	<u>אחריות מקצועית</u> נבקש להסיר את הסעיף.		34	45
א. הבקשה מקובלת ומאושרת ב. הבקשה מקובלת ומאושרת ג. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ד. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז ה. הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי בנוסח המכרז.	<u>חבות המוצר</u> א. נבקש להסיר את קוד 303. לא רלוונטי לחבות המוצר. ב. נבקש להסיר את קוד 304. ג. נבקש להסיר את קוד 309. ד. נבקש להסיר את קוד 327. לא רלוונטי לחבות המוצר. ה. נבקש להפחית את גבול האחריות ל-1,000,000 ₪.		34	46
ניתן להציע רק פריט אחד. דגש על כך שהפריט עומד בתנאי סף 2.3 למכרז	באיזה אופן בטבלת נספח ד' ניתן להציע יותר מסוג אחד לאותו פריט? לדוגמה עגלת טיפולים דגם A וגם דגם B וגם דגם C? כולן עומדות בדרישות המכרז אך הן עם מאפיינים שונים במחירים שונים (ראי עמוד 2)		נספח ד' – כללי	47

מכרז מס' 08ME/20  
שאלות ותשובות

תשובת המכללה	שאלה	סעיף	עמ'	#
מאושר לתת הצעה במט"ח, בדיקת ההצעה וההשוואה לאחרים תעשה בש"ח לפי שער מט"ח יציג המפורסם ביום פתיחת המעטפות של מכרז זה. מציע שיגיש הצעה במט"ח, המזמינה שומרת לעצמה הזכות לשלם במט"ח ו/או בש"ח לפי שיקול דעתה. לא ניתן.	חברתנו הינה חברה יבואנית הרוכשת את מוצריה במטבע זר. מאחר וחברתנו חשופה לתנודות בשערי המטבע, מבוקש לאפשר הגשת הצעה למכרז גם במטבע זר ולהצמיד את ההצעה לשערי המטבע המוצע. מתן הגשה במטבע זר יכול אף להטיב עם המכללה במצב בו שער המטבע יירד.	נספח ד' - כללי		48
יש להציע דגם אחד בלבד אשר עומד בדרישות המכרז ובתנאי סף 2.3	מבוקש להבהיר האם ניתן להציע שני דגמים עבור מוצר נדרש	נספח ד' - כללי		49
המותג Ferno נרשם רק לצורך הדוגמא. ניתן להציע כל מוצר אשר מיועד לשימוש כמיטת שינוע לאמבולנס ובתנאי שעומד בתנאי סף 2.3 למכרז	מיטת שינוע: ל FERNO ישנם 2 דגמים. כיצד ניתן להציע את שניהם בטבלה?	נספח ד' - פריט 2		50
הבקשה לא מאושרת.	מבוקש להבהיר האם ניתן להציע מכשיר שהינו שווה ערך ביכולותיו הטיפוליות לדגם המבוקש.	נספח ד' - פריט 6		51
ההבהרה מקובלת. אין צורך בשלב בתוכנת התממשקות.	מבוקש להבהיר כי מכשיר לבדיקת סוכר קונקטיביטי, (מוצר A1), המוצע במסגרת הצעת המחיר כולל תוכנת רכזת אולם איננו כולל חיבור לממשקי בית החולים ושידור התוצאות אל תיק החולה. במידה ונדרש יתומחר בהתאם לאחר אפיון המערכת.	נספח ד' - פריט 9		52
מוניטור וירטואלי הינו כינוי לדמיין למוניטור אמיתי. לא מדובר רק בצג אלא בדמיין המאפשר לחבר את החולה לכל הפונקציות הקיימות במוניטור רגיל. אין צורך בעגלה.	מוניטור וירטואלי I-Simulate כולל כל המודולים לרבות CORPULS3 - שאלה - מהו מוניטור וירטואלי - ? האם יש צורך בעגלה	נספח ד' - פריט 11		53
ראה תשובה לשאלה 53 מעלה.	מבוקש להבהיר מהו מוניטור וירטואלי SIMULATE לרבות כל המודולים של CORPULSE3	נספח ד' - פריט 11		54
הבקשה לא מאושרת.	מבוקש להבהיר האם ניתן להציע סימולטור לדפיברילטור AED לתרגול, בעל תכניות מובנות מראש במקום שלט אלחוטי. (מדמה שימוש מכשיר אמת).	נספח ד' - פריט 21		55
ניצב ללהב, להבים 00 עד 4 מסוג מקינטוש ומילר.	ערכת אינטובציה - שאלה מה הערכה כוללת ?	נספח ד' - פריט 22		56
מסך מרוחק (לא על הידית). נדרשת עגלה.	Video Laryngoscope - שאלה - האם המסך צל על הידית או מרוחק ? האם נדרשת עגלה	נספח ד' - פריט 24		57
א. מיועד לחלל הפה (א.א.ג.) ב. לא רלוונטי. ג. לא נדרש.	Video Laryngoscope א. לאיזה תחום המכשור, א.א.ג. או אורולוגיה? ב. האם קיים מגדל אנדוסקופי או האם יש להציע מגדל כזה? ג. אם יש מגדל אנדוסקופי של איזה חברה המגדל והאם מדובר על מערכת ניידת?	נספח ד' - פריט 24		58
כ 70X50 פלוס מינוס 10 ס"מ גודל משטח עליון: 35-60 X 60-80 גובה: מיני 65 מקסי 110 ס"מ (פנאומטי / הידראולי - לא חשמלי) נירוסטה לא מחלידה. עמיד לחיטוי באלכוהול וכד'.	אחות אילמת: באיזה מידות? האם נדרש מנגנון שינוי גובה? סוג נירוסטה?	נספח ד' - פריט 29		59
5 מגירות עם חוצצים + 10 תאי רב-תא מעליהם. פח אשפה - נדרש 2 סלסות - נדרש חישוב לפח מחטים - נדרש לא חייב תקן כל עוד מיוצר באירופה/ארה"ב/ישראל. פלסטיק העגלה עמיד לחיטוי באלכוהול וכד'.	מהם מאפייני העגלה? כמה מגירות? כמה רבי תאים? איזה אביזרים נדרשים ? כגון: פח אשפה, סלסלה, חישוב לפח מחטים. איזה תקן איכות נדרש? CE ? ISO ?	נספח ד' - פריט 30		60

מכרז מס' 08ME/20  
שאלות ותשובות

תשובת המכללה	שאלה	סעיף	עמ'	#
ניתן להציע כל עגלה אשר עומדת במידות המפורטות בסעיף זה ואשר לה לפחות 5 מדפים. נדרש עם גלגלים ומערכת בלימה. מתאימה לשימוש רפואי ועומדת בתנאי סף 2.3	מטרו זה יצרן עגלות ומדפי רשת מסוים מאד. האם אפשר להציע מוצר זהה ושווה ערך של יצרן אחר?	נספח ד' – פריט 31		61
5-6 מגירות לא חובה נעילה נדרש : קרש גב, חישוק לפח מחטים, מדף עליון למוניטור. לא נדרש מוט אינפוזיה. נדרש תקן ישראלי או אמריקאי או אירופאי. פלסטיק העגלה עמיד לחיטוי באלכוהול וכד'.	מהם מאפייני העגלה? כמה מגירות? האם נדרשת נעילה איזה אביזרים נדרשים בנוסף? כגון קרש החייאה, מוט לאינפוזיה, חישוק לפח מחטים. איזה תקני איכות נדרש? CE : ISO ?	נספח ד' – פריט 32		62
עשוי מנירוסטה לא מחלידה. לא חובה מכסה.	אוגר כביסה : מאיזה חומר? האם קיימת דרישה לחומר רחיץ ולא מחליד כמו אלומיניום?	נספח ד' – פריט 33		63
לא נדרשת התקנה.	רבי תאים : האם המחיר כולל התקנה על הקיר? איזה קיר? האם יש צנרת בתוך הקירות שעלולה להינזק מהקדיחות? מציע להבהיר שזה לא כולל התקנה	נספח ד' – פריט 46		64
נדרשים רק פריטים 45-47 באקסל.	רבי תאים : האם קיימת דרישה לסט רב תא 5 תאים?	נספח ד' – פריט רב תאים		65